



Syai X1 CGM

MARD 8,106 % | Veličina 19,4x20,0x3,6 mm | Masa 1,2 g

- **Integrirani senzor** za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini kroz 14 dana
- Mjerenje svake **1 min.**
- Vrijeme zagrijavanja 30 minuta
- **Alarmi glukoze** u realnom vremenu
- Korisnička mobilna aplikacija **Syai App**
- Pratiteljska mobilna aplikacija **Syai Link App**
- Za liječnike **Syai Doctor App** i **Syai Doctor web portal**



OSNOVNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

HZZO šifre (13-znamenaste)	Generički naziv pomagala	Zaštićeni naziv pomagala	Naziv proizvođača	Količina	Rok
0325354020016	Integrirani senzor za kontinuirano mjerenje glukoze bez obavezne kalibracije ³⁹⁹	Syai CGM X1	Syai Health Technologies	do 7	3 mj.

Indikacija 399 (izvadak)

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti:

1. Djeca do navršene 18. godine života koja boluju od šećerne bolesti tipa 1 (napomena: u opisu standarda pomagala naveden je podatak ima li ili nema pojedino pomagalo odobrenje za primjenu kod djece i od koje dobi je pomagalo odobreno za primjenu, a navedeno vrijedi i za pripadajuće odašiljače i prijamnike)
2. Trudnice sa šećernom bolesti ako su na terapiji inzulinom (napomena: u opisu standarda pomagala naveden je podatak ima li ili nema pojedino pomagalo odobrenje za primjenu kod trudnica, a navedeno vrijedi i za pripadajuće odašiljače i prijamnike)
3. Slijepe osobe sa šećernom bolesti ako su na terapiji inzulinom
4. Osobe koje su na intenziviranoj terapiji inzulinom (s četiri i više doza inzulina), bilo da se radi se o bolesnicima sa šećernom bolesti, bolesnicima s cističnom fibrozom ili bolesnicima nakon totalne i/ili distalne pankreatektomije.

Indikaciju za pomagalo može postaviti, odnosno obavezu evaluaciju ishoda primjene pomagala provodi, bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i/ili dijabetologije iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti, a koji je u nalazu obavezan obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak odnosno nastavak korištenja pomagala.

Bolnički specijalist, koji postavlja indikaciju i predlaže korištenje ovog pomagala, obavezan je osiguranu osobu upoznati s načinom rada i svim aspektima korištenja pomagala te time da je moguć odabir između upotrebe prijemnika ili aplikacije za koju je potrebno posjedovati vlastiti pametni mobilni uređaj.

U slučaju odluke za mobilnu aplikaciju koja prikuplja podatke korisnika, nužna je napomena da Zavod nije taj koji prikuplja podatke niti je voditelj obrade osobnih podataka, obzirom da Zavod ne utječe na podatke koje korisnik odlučuje unijeti u aplikaciju niti je aplikacija spojena na informacijski sustav Zavoda te da pristaje na korištenje predloženog pomagala, što se potvrđuje potpisivanjem Izjave. Izjavu pohranjuje bolnički specijalist, a u specijalistički nalaz obavezno navodi da je bolesnik upoznat s korištenjem pomagala, što je potvrdio potpisom Izjave.

STANDARD POMAGALA (izvadak)

Integrirani senzor za mjerenje glukoze u međustaničnoj tekućini kroz 14 dana. Senzor nije odobren za primjenu kod djece. Senzor nije odobren za primjenu kod trudnica. Bez obavezne kalibracije. Ukupna godišnja količina ne smije prelaziti 26 senzora. Kvartalni set osigurava distributer koji se sastoji od: 50 trakica i 50 lanceta za odrasle (trošak ne tereti osiguranu osobu niti HZZO).